

令和6年9月3日

健康診断御受診者の皆様

御関係者の皆様

### 異臭の発生について（お詫び）

平素は、当健診センターをご利用いただき誠にありがとうございます。

さて、昨日9月2日月曜日、当クリニック健診センターに併設しております透析センターより異臭が発生致しました。異臭の原因に関しまして、透析装置を消毒する消毒剤の補充に誤りがあったと思われま

す。今後の健康診断の実施につきまして、警察及び消防によるクリニック全館の発生ガス濃度の検査等を行った所、問題ないとのことで入館許可を頂きましたので、9月3日火曜日以降の健康診断につきましては、通常通り実施させていただきます。

今回のことで、健康診断受診者の皆様、関係者の皆様には、大変ご迷惑をお掛け致しましたこと、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

引き続き健康診断を含め、業務全般の適切な実施と対応に努めて参りますので、何卒、ご理解、ご了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

医療法人あかね会 中島土谷クリニック 健診センター